

ACTIVITE : ABSORBANCE ET COURBE D'ETALONNAGE



Les solutions en photo ont été placées dans le spectrophotomètre et les absorbances lues répertoriées ci-dessous :

concentration (g/L)	absorbance
50	0.566
45	0.51
40	0.466
35	0.395
30	0.347
25	0.295
20	0.241
15	0.18
10	0.116
5	0.066
0	0



absorbance de la solution inconnue 0.136, concentration=?